



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

БИРОТЕХНА ДОО Смедерево
Смедерево, Буре Салаја 28

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Периодично и ванредно контролисање неаутоматских вага (класе тачности (I) опсега мерења до 400 g, класе тачности (II) опсега мерења до 136 kg, класе тачности (III) и (IV) опсега мерења до 100 t / *regular and extraordinary inspection of non-automatic weighing instruments class (I), measuring range of up to 400g, class (II) and measuring range of up to 136kg, class (III) and (IV) and measuring range of up to 100t*
- Прво, периодично и ванредно контролисање тегова називних маса од 1g до 20 kg, класе тачности M2 / *initial, regular and extraordinary inspection weights nominal mass of 1g to 20kg, accuracy class M2*



Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-04 Мерни инструменти (мерила)			
1.	Неаутоматске ваге Класе тачности (I) опсега мерења до 400 g Класе тачности (II) опсега мерења до 136 kg Класе тачности (III) и (III) опсега мерења до 100 t	Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о неаутоматским вагама („Сл. гласник РС“ бр. 29/2018), Прилог 5 SRPS EN 45501:2015
2.	Тегови називних маса од 1g до 20 kg, класе тачности M2	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg („Службени лист СФРЈ“, бр. 54/1988 и 6/1989) Правилник о метролошким упутствима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg („Гласник СЗМДМ“, бр.3/1981)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-115**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-115

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 24.11.2026.



ВД ДИРЕКТОРА / В

мр Драган Пушара